



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

NOTIFICACIÓN NÚM. 1

RFP 21-0007

**PARA ESTABLECER CONTRATO(S) PARA SELECCIÓN DE EQUIPO DE SUMINISTROS MÉDICOS NO
INVASIVOS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL
GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIONES A PREGUNTAS

A todo proponente interesado, se les notifican las contestaciones a las preguntas recibidas relacionadas al RFP de referencia. (Ver documento adjunto). Las contestaciones serán a su vez publicadas en la página de la Administración de Servicios Generales, en el área de "Reforma de Compras."

María L. Rivera Rodríguez
Secretaria
Junta de Subasta





**Emitida hoy, miércoles, 4 de agosto de 2021
En San Juan, Puerto Rico**



Contestaciones a Solicitudes de Aclaración RFP 21-0007

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) PARA SELECCIÓN DE EQUIPO DE SUMINISTROS
MÉDICOS NO INVASIVOS PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES,
EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Núm.	De:	Pregunta:	Respuesta:
1	Taína Beauchamp, Zee Medical Service, Corp.	Agradeceremos reconsideren partida 6.2 del pliego.	Se emitirá una enmienda a la partida 6.2 del pliego a esos efectos.
2	Jorge Espinet, NSES Inc	¿Los estados financieros tienen que ser auditados sin excepción?	Los estados financieros tienen que ser auditados, excepto en el caso de pequeñas y medianas empresas, según definidas en el Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado.
3	Jorge Espinet, NSES Inc	En la "Hoja de precios" línea 10 (Excel) dice Gafas de seguridad (Safety Goggles). Estos son artículos diferente. ¿Cuál artículo es el que están pidiendo?	Estamos pidiendo Safety Goggles, estándar de policarbonato transparente. 
4	Jorge Espinet, NSES Inc	¿Qué son Neoshades, en la línea 11 del Excel de precios. ¿Pueden ofrecer un igual o similar como ejemplo?	Los Neoshades están indicados para uso como protección ocular durante las sesiones de fototerapia pediátricas. 
5	Jorge Espinet, NSES Inc	Overols línea 81-86 - existen de tela, de Polypropylene y semi-impermeables SMS. ¿Cuál de estos es? ¿O alguno otro?	Los Overalls son blancos, elásticos, microporosos y con capucha y botas. 

Núm.	De:	Pregunta:	Respuesta:
6	Jorge Espinet, NSES Inc	Pueden ofrecer una definición, descripción y/o ejemplo de Botas protectoras	Este artículo es una cobertura de calzado y piernas. El material es SMS. Color azul con tiras de tracción adhesivas. 
7	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp.	Face shields: ¿Van a ser desechables o reusables? ¿Qué material? ¿Longitud de cubierta frontal?	Los face shields (caretas) serán desechables. Tamaño: 9 pulgadas de alto y 12 pulgadas de ancho. En cuanto a material, le pedimos a los Proponentes que especifique en la columna adecuada el material que pueden proveer.
8	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp.	Mascarillas Desechables: ¿Level 1 o Level 3?	Por favor cotizar ambas opción, incluir esos detalles en la columna correspondiente y añadir las filas necesarias.
9	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp.	Las N95: son mascarilla quirúrgica y Respirador N95 (combinada) o solo Respirador N95	Las mascarillas N95 deben ser mascarillas quirúrgicas aprobadas por la FDA.
10	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp	Overalls: ¿Qué tipo: Tipo 6, 5, 4, o 3? ¿Con capucha o sin capucha?	Los Overalls son blancos, elásticos, microporosos y con capucha y botas. 
11	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp	¿Pad de Alcohol y Alcohol pre pads, son el mismo artículo?	Sí. Se emitirá una enmienda a la Tabla de Cotizar para eliminar la línea 101 (Alcohol Pre pads)
12	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp	Disinfecting Wipes. ¿A base de Cloro o Alcohol?	Las toallas de desinfección son a base de cloro.
13	Alberto Riego, Industrial Fire Products Corp	Oxímetro de pulso: Es handheld o finger tip?	Es "finger tip".